

補 足 説 明 書

回 転 ト ル ク 計

MODEL NTS7 シリーズ

本製品はカップリングのネジを緩めることで、お客様で用意したアタッチメントとビットホルダーを交換することが出来ます。(注1)

型式	RT05	RT2	
外形形状			
A	推奨軸径(mm)	$\phi 10h7$	$\phi 12h7$
B	推奨挿入量(mm)	9	11.5
C	ネジ径	M2.6	M3
	締付トルク(N・m)	1	1.7

注1 再校正はビットホルダーを付けた状態でを行いますので、ご依頼の際は元の状態に戻してください。
お客様のアタッチメントを着けたままの状態、ビットホルダーの紛失、軸の振れ等、元の状態と違う場合、再校正をお断りすることがございます。

注2 本体側のネジは緩めないでください。

杉 崎 計 器 株 式 会 社

〒301-0841 茨城県龍ヶ崎市白羽 4-2-12

TEL 0297-63-2200 FAX 0297-63-2201

E-mail sales@cedar.co.jp

URL https://cedar.co.jp