

関係各位

2024/5/7

CEDAR® 杉崎計器株式会社

〒301-0841 茨城県龍ヶ崎市白羽 4-2-12

TEL 0297-63-2200

FAX 0297-63-2201

URL <https://cedar.co.jp>E-mail sales@cedar.co.jp

DI-12 シリーズ 校正精度変更のお知らせ

貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さてご愛顧頂いております「すべり出しトルク検知器 DI-12 シリーズ」ですが、諸般の事情により校正精度を変更させて頂く事となりました。皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承ください。

DI-12 シリーズ 校正精度

現行

型 式	DI-12-SL15	DI-12-SL4	DI-12-SL02
精 度	±0.5% (200digit 以下±1digit)	±1% (500digit 以下±5digit)	±0.5% (200digit 以下±1digit)

新仕様

型 式	DI-12-SL15	DI-12-SL4	DI-12-SL02
精 度	±1% (499digit 以下±5digit)	±1% (499digit 以下±5digit)	±2.0% (499digit 以下±10digit)

突然のお願いとなりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

不明点、ご質問事項等ございましたら、弊社 営業までお問い合わせください。